



## Documentación

# NTP 171: Toma de muestras de dióxido y monóxido de nitrógeno

Norme d'échantillonnage pour oxyde et peroxyde d'azote  
Standard sampling method for nitric oxide and nitric dioxide

### Redactor:

Asunción Freixa Blanxart  
Lda. Ciencias Químicas

CENTRO NACIONAL DE CONDICIONES DE TRABAJO - BARCELONA

## Objetivo

Indicar el método para la toma, transporte y conservación del dióxido y monóxido de nitrógeno, así como el fundamento del método analítico, su margen de aplicación y sus limitaciones.

## Fundamento del método analítico

Un volumen conocido de aire se hace pasar a través de un tubo absorbente de tres secciones. En la primera sección un absorbente sólido impregnado de trietanolamina retiene el dióxido de nitrógeno, aunque no el monóxido de nitrógeno. En la segunda sección un oxidante convierte el monóxido de nitrógeno en dióxido de nitrógeno que es retenido en la tercera sección, constituida por un absorbente sólido impregnado de trietanolamina, idéntico a la primera.

La primera y tercera sección del tubo se extraen con una solución de trietanolamina separadamente. Una parte alícuota de los mismos se hace reaccionar con N-(1-naftil) etilendiamina, formándose un complejo coloreado.

Se mide la absorbencia en un espectrofotómetro UV-Visible o colorimétrico a 540 nm.

## Campo de aplicación

Abarca el área de la higiene industrial en lo que respecta a la captación y posterior determinación de dióxido y monóxido de nitrógeno cuando coexisten en el ambiente.

El margen de trabajo recomendado para un volumen de aire de 1 litro significa que puede determinarse una concentración de  $\text{NO}_2$  entre 4,2 y 42  $\text{mg/m}^3$  y una concentración de NO entre 2,7 y 27,4  $\text{mg/m}^3$  (factor de conversión  $\text{NO}_2/\text{NO} = 1,53$ ).

El límite de detección para una muestra de 1 litro es 2  $\text{mg/m}^3$  para  $\text{NO}_2$  y 1,4  $\text{mg/m}^3$  para NO.

## Inconvenientes y limitaciones

Los niveles de humedad elevados reducen considerablemente la eficacia de la captación.

Cuando la cantidad de NO presente en el ambiente es superior a 50 ppm, la eficacia de captación disminuye.

## Equipo y material de muestreo

### Bomba de aspiración

Bomba para muestreo personal y ambiental, cuyo caudal se mantenga dentro del valor determinado con una exactitud de  $\pm 5\%$ .

La calibración de la bomba debe realizarse con el mismo tipo de soporte o unidad de captación, con el fin de que la pérdida de carga sea similar a la que se tendrá en el muestreo.

### Unidad de captación.

#### Tubo absorbente.


Las características del tubo absorbente utilizado son: 175 mm de longitud, 7 mm de diámetro y 3 secciones conteniendo 400 mg absorbente/1600 mg óxido/400 mg absorbente. (Fig. 1)

#### Soporte para tubos.

#### Tubo flexible.

#### Cronómetro.

#### Termómetro y manómetro.



**Fig. 1: Tubo adsorbente**

## Condiciones de muestreo

La muestra de aire se toma a un caudal de 0,05 lpm.

El volumen máximo de muestreo es de 1 litro.

## Procedimiento de muestreo

Colocar la bomba de aspiración convenientemente calibrada en la parte posterior de la cintura del operario a muestrear, fijándola al cinturón.

La bomba de aspiración se conecta con la unidad de captación, mediante un tubo de plástico de longitud adecuada.

El tubo de plástico se pasa desde la espalda, por debajo de uno de los brazos, y se eleva a la parte superior del pecho, fijándose por la parte de delante, a la altura de la clavícula y próxima al rostro.

A continuación se toma el tubo absorbente preparado al efecto y se rompen sus extremos de modo que queden unos orificios no inferiores a la mitad del diámetro interior del tubo.



**Fig. 2: Toma de muestra con tubo adsorbente**

El tubo, ya abierto, se inserta en el extremo del conducto de aspiración mediante la conexión apropiada, cuidando que quede en posición vertical.

Finalmente, se comprueba la estanqueidad de todo el montaje y se inicia la captación.

Durante el muestreo interesa vigilar periódicamente que la bomba funcione correctamente.

Transcurrido el tiempo de muestreo predeterminado se para el funcionamiento de la bomba, se retira el tubo absorbente (cerrando sus extremos con los correspondientes tapones) y se anotan los datos del muestreo: tiempo, caudal, temperatura ambiente y presión (si no se puede averiguar la presión se estimará la altitud de la zona).

Con cada lote de muestras se adjunta como mínimo un "tubo blanco". Este tubo deberá haber seguido las mismas manipulaciones de las muestras, exceptuando el paso de aire a su través. Se etiqueta con la palabra "blanco".

## Transporte y conservación

El transporte de las muestras debe efectuarse con las debidas precauciones, encaminadas

a evitar cualquier tipo de modificación o alteración en las mismas (contaminación, roturas, ...).

Es recomendable que las muestras permanezcan almacenadas en nevera, en tanto no sean analizadas; no obstante las muestras pueden permanecer a temperatura ambiente durante 10 días sin que se observan variaciones en su concentración.

## Bibliografía

(1) NIOSH

**Nitrogen dioxide and nitric oxide in air. NIOSH. Manual of Analytical Method P&CAM 231.**

(2) INSHT

**Determinación colorimétrica de dióxido de nitrógeno en aire.**

Madrid. INSHE Norma HA-2222. Junio/83

(3) SALUMAN, B.E.

**Colorimetric microdetermination of nitrogen dioxide in the atmosphere**

Anal. Chem. 1954,26,1949-1955

(4) BLACKER, H.H.

**Triethanolamino for collecting nitrogen dioxide Inthe TLV range**

Am. Ind. Hyg. Ass. J. 1973,34 (9) 390-395